




Directie ICM



Ons kenmerk:

Datum:

Mei 2006

*Aan de verantwoordelijke van de  
brandweerdiensten die  
meewerken aan de DGH*

*Aan de verantwoordelijke van de  
Openbare Centra voor  
Maatschappelijk Welzijn die  
meewerken aan de DGH*

Bijlage(n):

Lijst ambulancemateriaal

*Aan de mug-artsen*

Telefoon onthaal:

02/524 99 14

Fax:

02/524 97 98

Kopie: Aan de verantwoordelijken van de Centra van het Eenvormig Oproepstelsel  
Aan de Voorzitters van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening  
AD Civiele Veiligheid - FOD Binnenlandse Zaken

<p><u>Betreft:</u> Omzendbrief <b>ICM/DGH/004</b> betreffende het minimale medische materiaal dat wordt aanbevolen als uitrusting voor de ambulances die meewerken aan de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH).</p>
--

Mevrouw, Mijnheer,

Het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de ambulancediensten die meewerken aan de Dringende Geneeskundige Hulpverlening op homogene wijze beantwoorden aan de personeelsgebonden en technische vereisten op basis van wetenschappelijke kwaliteitscriteria die de bevolking de optimale dienstverlening garanderen waarop ze aanspraak kan maken.

Op grond van de Europese normen (**NBN EN 1789 betreffende medische voertuigen en hun uitrusting**) en de opmerkingen die werden geformuleerd binnen de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, raad ik u aan de lijst van minimaal materiaal voor de uitrusting van ambulances die meewerken aan de DGH, aan te nemen.

Versie januari 06

Aangezien de behoeften verschillen naargelang van de regio's en de zones, bevat de lijst tevens suggesties rond benodigdheden die noodzakelijk zijn in diverse omstandigheden.

Deze lijst, die regelmatig moet nagezien worden door de FOD Volksgezondheid, is weldra strikt van toepassing binnen de privé-diensten die op basis van een overeenkomst met de Minister van Volksgezondheid meewerken aan het eenvormig oproepstelsel.

De openbare diensten die actief zijn in het kader van de DGH, wordt sterk aanbevolen de lijst nu al aan te nemen.

Deze lijst wordt bezorgd aan de mug-artsen om hen te informeren over het verwachte en beschikbare materiaal in de ambulances die meewerken aan de dringende geneeskundige hulpverlening.

Ik wens er u via deze weg aan te herinneren dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud en de controle van het materiaal en de benodigdheden voor een spoedgeval (vervaldatum, werking van de apparaten....)

Met de meeste hoogachting,

Dirk Cuypers

Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Volksgezondheid,  
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

<b>Ambulancemateriaal type B en C (Europese normen)</b>	<b>Aantal</b>	<b>Opmerking(en)</b>	<b>Ref. Europ. norm</b>
<b>1. UITRUSTING OM PERSONEN OP TE RICHTEN EN VOOR VERVOER PER BRANCARD</b>			
Brancard/Brancardsteun (Trendelenburg-positie mogelijk)	1		EN 1865
Schepbrancard (scoop)	1		EN 1865
Vacuümmatras	1		EN 1865
Toestel om zittende patiënt te vervoeren	1		EN 1865
Draagzeil of transfermatras (FACULTATIEF)	1		EN 1865
	1		EN 1865
<b>2. IMMOBILISATIE VAN LEDEMATEN EN CERVICALE WERVELKOLOM</b>			
Immobilisatiemateriaal, kit voor breuken	1		
Immobilisatiemateriaal wervelkolom - kit halskragen	1	4 maten, RX transparant	
Gestreckte immobilisatie van het bovenste deel van de wervelkolom/extractiemateriaal of hard vlak /FERNO-KED (FACULTATIEF)	1		
<b>3. BEADEMING / ADEMHALING</b>			
Vast zuurstofstation min.2000L (normale temperatuur- en drukomstandigheden), reduceerventiel, debietregelaar met regelkraan die een max. debiet van minstens 15L/min. mogelijk maakt	1		EN 737-1 : 1998
Snelle aansluiting / stopcontact 3 bar	1		EN 737-1 : 1998
Draagbare zuurstof min.400L (normale temperatuur- en drukomstandigheden), reduceerventiel, debietregelaar met regelkraan die een max. debiet van minstens 15L/min. mogelijk maakt	1		EN 737-1 : 1998
Snelle aansluiting / stopcontact 3 bar	1		EN 737-1 : 1998
Manuele beademingsballon met maskers en buisjes voor alle leeftijden	1		

Versie januari 06

VAST toestel voor het wegzuigen van slijmen met een min. negatieve druk van 500 mm Hg, met een min. capaciteit van 1 L. <b>(FACULTATIEF)</b>	1		EN ISO 10079-1
Draagbaar toestel voor het wegzuigen van slijmen (opvangzakje voor eenmalig gebruik)	1		EN ISO 10079-2
Afzuigsondes in verschillende maten	1		
Hulpmiddelen voor zuurstoftoediening :			
Zuurstofmaskers (volwassen en kind)	2 van elk		
Zuurstofmaskers met verhoogde O2zak (volwassen en kind)	2 van elk		
Zuurstofbrillen	2 van elk		
Aerosolmaskers <b>(FACULTATIF)</b>	2		
<b>4. DIAGNOSETOESTELLEN</b>			
Toestel met manuele bloeddrukmeting - maat voor het vast aantrekken 10cm- 66cm	1		
Pulsoxymeter	1		EN 865
Stethoscoop	1		
Thermometer - schaal minima 28-42° C	1		pr EN 12470-1
Diagnoselamp	1		
CO-detector	1		
<b>5. GENEESMIDDELEN</b>			
Analgetica of ander equivalent product :			
co of spray Cedocard 5 mg	2		
amp atropine 0,5 mg	2		
amp adrenaline 1mg	2		
amp diazepam 10mg	2		
amp glucose 5 g	2		
amp lasix	2		
Spuiten en naalden van verschillende formaten	5 van elk		
<b>6. BLOEDSOMLOOP</b>			
Fysiologisch serum 1000ml	2		
hartmann 1000ml	2		

subs.plasma 500ml	2		
glucose 5%	2		
infusiesets	10		
knevelverband	1		
katheters (16,18,20,22)	2 van elk		
<b>7. REANIMATIEMATERIAAL</b>			
Automatische defibrillator met registratie van ECG en gegevens van de patiënt	1		CEI 60601-2-4
Intubatiemateriaal met laryngoscoop en diverse bladen	1		<b>Dit materiaal kan enkel dienen als</b>
Magilltangen	1		<b>"hulp bij intubatie" voor de</b>
Mandrijnen	verschillende formaten		<b>hulpverleners-</b>
Intubatiesondes met opzetstukken	verschillende formaten		<b>ambulanciers</b>
Klem en spuit voor ballonnetje			
Fixatiemateriaal voor sonde			
<b>8. VERBANDEN EN HYGIËNEMATERIAAL</b>			
Beddengoed :			
Deken	2		
Lakens	2		
Hoofdkussen	2		
Sloop	2		
Isothermische dekens	min.2		
Materiaal voor wondverzorging :			
steriele kompressen 10X10	min.5		
steriele kompressen 5X5	min.5		
Elastische verbanden 5cm	min.5		
Elastische verbanden 10cm	min.5		
Elastische verbanden 15cm	min.5		
Driehoeksverband	2		
Steriele operatiedoeken van verschillende afmetingen	min.2 / sorte		

chloorhexidine - unidose	min.10		
Gealcoholiseerde tampons	min.10		
Verbandschaar	1		
Ziekendragerschaar	2		
Vuilnisbak	1		
Materiaal voor de verzorging van thermische en chemische brandwonden ( <b>FACULTATIEF</b> )	1		
Steriel water - fles van 1L	2		
Niervormige kom	1		
Braakzakje	1		
Bedpan	1		
Plastic urinaal	1		
Volwassen luiers	3		
Container voor gebruikte naalden	1		
Niet-steriele wegwerphandschoenen ( S-M-L )	100 van elk		
Set voor dringende bevallingen met :	1		
2 grote steriele operatiedoeken			EN 455-1,-2
2 wegwerpklemmen (tang voor afbinden van navelstreng)			
1 steriele schaar			
4 paar steriele handschoenen (S-M-L)			
<b>9. MATERIAAL VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMING</b> (waarbij elk lid van het team als een personeelslid van een ambulance wordt geïdentificeerd)			
<b><u>Per teamlid!</u></b>			
Basisbeschermingskleding met zeer opvallend reflecterend vestje	1	standaardkleding klasse 3 Cf. tijdschrift "PREVENT" van 11/09/98	EN 471
Beschermingsbril	1		
Chirurgische maskers	4		
Wegwerpmaskers van het type FFP2 ("eendebek")	1		
Veiligheidshandschoenen voor puin, paar	1		EN 420
Veiligheidsschoenen, paar	1		EN 344
Hygienische shorten / beschermingspakken	1		
Veiligheidshelm met oogscherm en lamp	1		EN 443
		<b>groen</b> : verpleegkundige ( <b>facultatief</b> )	
		<b>blauw</b> : hulpverlener-ambulancier	

<b>10. BESCHERMINGS- EN REDDINGSMATERIAAL</b>			
Reinigings- en ontsmettingsmateriaal			
Ontsmettende handgel			
Lampen en reddingsinstrumenten (schop, koord, koevoet...)			
Professionele kledingsschaar	1		
Snijmes voor veiligheidsgordel	1		
Gevarendriehoek en -lampen	2		
Schijnwerper	1		
Brandblusser	1		EN 3-1
Airbagbeschermer (wagen en vrachtwagen) <b>FACULTATIEF</b>	1 van elk		
Scheermesjes	2		
Plastiekzak besmet materiaal	2		
<b>11. COMMUNICATIE</b>			
Mobiele zender-ontvaner	1		
Draagbare zender-ontvanger	1		
<b>12.VARIA</b>			
Gedetailleerde wegenkaarten van de regio			
Fiche gevarencode / gevarenetiketten			
Preliminare triageschijven			
rood	5		
geel	5		